


Chromatogram

mV



Résultats quantitatifs

Detector A

Name	Ret. Time	Dry weight %
CBDVA	2,230	0,06
CBDV	2,419	0,25
CBDA	3,033	2,24
CBGA	3,171	0,07
CBG	3,358	0,32
CBD	3,532	40,23
THCV	3,852	0,03
THCVA	--	<LOQ
CBN	5,203	12,21
d9-THC	6,539	0,32
d8-THC	--	<LOQ
CBL	7,749	0,12
CBC	8,136	0,37
THCA	8,768	0,03
CBCA	10,232	0,28

Les résultats de cette analyse ne sont valables que pour l'échantillon ayant été fourni au laboratoire.

Un échantillon sera conservé pour une période de 3 mois après analyse si une quantité suffisante a été fournie au laboratoire.

**Laboratoire d'analyse de la société
TM Nature distribution
370 rue capitaine Simon-73170 Yenne
Tel: 04 57 08 93 43
E-mai : contact@test-cbd.com
n°Siret : 84841988300048**

<LOQ = Inférieur à la limite de quantification